



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Αίγιο 16/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. : 10732

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437
FAX : 26910 21705

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση.

Υποβάλλουμε προς διαβούλευση (Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) τις τεχνικές προδιαγραφές **ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD**, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια αυτών.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email: prom@gnaiigio.gr μέχρι την **Δευτέρα 23/12/2019** και ώρα **14:00μ.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από ρομπότ (συσκευή εγγραφής), υπολογιστή, οθόνη και DICOM λογισμικό εγγραφής και θα φέρει πιστοποίηση CE για όλα.	ΝΑΙ	
	Να παρέχεται on-site δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτη, για όλο το σύστημα. Σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης θα καλύπτεται το κόστος: <ul style="list-style-type: none"> • Εργασίας • Ανταλλακτικών • Μεταφορικών Σε περίπτωση που η αποκατάσταση τυχόν βλάβης δεν είναι άμεσα εφικτή, να γίνεται αντικατάσταση της μονάδας που έχει υποστεί βλάβη έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή. Να δοθεί το κόστος συντήρησης (χωρίς ανταλλακτικά) ανά έτος για μετά την εγγύηση.	ΝΑΙ	
	Υποστήριξη και συντήρηση για 5 ημέρες την εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα, απομακρυσμένη και επί τόπου. Επί τόπου την επόμενη ημέρα της κλήσης για βλάβη.	ΝΑΙ	
	Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, ISO 27001	ΝΑΙ	
	Ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει κατάλογο με αντίστοιχα εγκατεστημένα συστήματα σε ακτινοδιαγνωστικά τμήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία	ΝΑΙ	
	Να διαθέτει δύο οδηγούς εγγραφής, για γρήγορη παραγωγή χωρίς την παρέμβαση του χρήστη για την εγγραφή.	ΝΑΙ	
	Δυνατότητα αυτόματης επιλογής CD/DVD προς εγγραφή ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων προς εγγραφή	ΝΑΙ	
	Ανεξάρτητη εγγραφή διαφορετικών δεδομένων μεταξύ των δύο οδηγών εγγραφής.	ΝΑΙ	
	Χωρητικότητα εισόδου (αριθμός από άδεια CD/DVD)	>= 100	
	Χωρητικότητα εξόδου (γραμμένα CD/DVD)	>= 50	
	Αυτόματη εναλλαγή εγγραφής σε CD/DVD	ΝΑΙ	
	Έγχρωμο Εκτυπωτή τεχνολογίας inkjet	ΝΑΙ	
	Να δοθεί τιμοκατάλογος αναλωσίμων και ανταλλακτικών	ΝΑΙ	
	Τα αναλώσιμα υλικά να μην είναι αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή και να μπορούν να βρεθούν στην ελεύθερη αγορά.	ΝΑΙ	
	Λήψη εικόνων και εξετάσεων μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 με πιστοποίηση CE με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες	ΝΑΙ	

Αυτόματη εγγραφή και ενσωμάτωση DICOM Viewer στους οδηγούς εγγραφής για ανάγνωση των εξετάσεων σε Η/Υ εκτός νοσοκομείου	NAI	
Δυνατότητα επιλογής του DICOM Viewer που θα ενσωματώνεται στα CD/DVD	NAI	
Αυτόματη εγγραφή δημογραφικών στοιχείων και λογοτύπου νοσοκομείου στον παραγόμενο δίσκο σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Στην ετικέτα να γράφονται τουλάχιστον: Κωδικός Ασθενούς, Ονοματεπώνυμο ασθενούς, Ημερομηνία Εξέτασης, Λογότυπο του Νοσοκομείου, Περιγραφή και τύπος της εξέτασης	NAI	
Να διαθέτει λογισμικό διαμόρφωσης ετικέτας	NAI	
Να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής των εξετάσεων και του DICOM Viewer σε USB DRIVE ή σε τοπικό εγγραφέα.	NAI	
Η εγγραφή των εξετάσεων στους οδηγούς εγγραφής να γίνεται σε μορφή DicomDir.	NAI	
Να έχει την δυνατότητα εγγραφής πολλαπλών εξετάσεων για έναν ασθενή	NAI	
Να ενημερώνει τον χρήστη για την πρόοδο εγγραφής σε CD/DVD, για την στάθμη των μελανιών και τον υπολειπόμενο αριθμό εκτυπώσεων.	NAI	
Να υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπώνει εξετάσεις οι οποίες θα αναζητούνται μέσω Query & Retrieve από το PACS και τις διαγνωστικές μονάδες	NAI	
Σύνδεση με το υπάρχον εγκατεστημένο σύστημα PACS	NAI	
Να διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης με απεριόριστο αριθμό διαγνωστικών μονάδων/σταθμών εργασίας PACS που υποστηρίζουν DICOM.3.0 Να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό αδειών.	NAI	
Να μην υπάρχει περιορισμός στις ταυτόχρονες συνδέσεις.	NAI	
Να δοθεί το κείμενο συμμόρφωσης με το DICOM 3.0	NAI	
Να περιλαμβάνεται κατάλληλος σταθμός εργασίας: CPU: i3 or better RAM: 8GB or better HDD: min.128GB OS: Windows 10 or later Monitor 19"	NAI	

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Π. ΚΑΝΕΛΛΗΣ

Σ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ