



Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ο.Μ. Αιγίου 06/02/2023

Α. Π.: 1104

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437  
FAX : 26910 21705

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση, για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.**

Υποβάλλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια για την προμήθεια **ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ**. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email: [prom3@гнаigio.gr](mailto:prom3@гнаigio.gr) μέχρι την **Πέμπτη 09-02-2023** και ώρα **10:00π.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ**  
**ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 8 ΘΕΣΕΩΝ**

1. Να είναι καινούριο και αμεταχειριστό
2. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαστογραφίες
3. Να μπορεί να δεχθεί 8 μαστογραφίες διαστάσεων 24X30 cm ταυτόχρονα (4 πάνω – 4 κάτω)
4. Να έχει ηλεκτρονική ρύθμιση της φωτεινότητας (dimmer)
5. Μέγιστη φωτεινότητα 5.500 cd/m<sup>2</sup> τουλάχιστον
6. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης της φωτεινότητας με το χρόνο
7. Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης των φιλμ ο οποίος να μην χαλαρώνει με το χρόνο.
8. Να διαθέτει μεταλλικό περίβλημα από ατσάλι ( 10/10) και εποξικά ανοδιωμένα αλουμινένια τμήματα
9. Να μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο
10. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 131X87cm
11. Να διαθέτει νήμα συγκράτησης για τις μικρές ακτινογραφίες
12. Να διαθέτει 8 ισχυρές πηγές φωτισμού με θερμοκρασία χρώματος μεγαλύτερη των 6.500 βαθμών Kelvin ( φως ημέρας) και ομοιόμορφη κατανομή φωτός
13. Η εμπρός διάφανη επιφάνεια να αποτελείται από ακρυλικό φωτοδιαπερτό υλικό
14. Να διαθέτει 4 ανεξάρτητα διαφράγματα συσκότισης για τον επιθυμητό περιορισμό του φωτεινού πεδίου σε μία περιοχή ενδιαφέροντος
15. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220v 50/60Hz
16. Να τοποθετηθεί από την ανάδοχο εταιρία στην θέση που θα υποδείξει το Νοσοκομείο
17. Να διατεθεί επιτραπέζια βάση στήριξης στην περίπτωση που τοποθετηθεί επάνω σε πάγκο.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αναγράφονται στα πρωτότυπα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια επί ποινή αποκλεισμού
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την οριστική παραλαβή και επίδειξη
- Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο
- Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση, επίδειξη και εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών
- Η συσκευή να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/42/EEC για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών ποιοτικού ελέγχου ασφαλείας μαστογραφικών εξετάσεων.
- Να συμφωνεί με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Μαστού.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει να διαθέτει EN ISO 9001 και ISO 13485 και να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
- Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει EN ISO 9001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά