



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αίγιο, 20-12-2017
Αριθ. Πρωτ. : 11091

ΠΡΟΣ: ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές Βιοχημικού αναλυτή Α.Ο.Μ Καλαβρύτων.

Σας επισυνάπτουμε την απάντηση του Ιατρού της Α.Ο.Μ Καλαβρύτων κ. Παρατήρα σχετικά με την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που έλαβε χώρα από 06-10-2017 έως 13-10-2017 για την προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων και αερίων αίματος για την Α.Ο.Μ Καλαβρύτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

6η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚ. ΑΝΑΤ. ΑΧΑΪΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2. ΚΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

3. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.Π.Ε.
Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας

Μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων
19-12-2017

Αριθ. Πρωτ.:
Φ.3/3033

Βαθμός
Προτεραιότητας

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

ΠΡΟΣ:

Την
Επιτροπή

Τεχνικών Προδιαγραφών

Πληροφορίες: Παρατήρας Σωτήριος
ΤΗΛ: 2692360130 FAX: 2692024830

Ταχ. Δ/ση: Καλάβρυτα – Τ.Κ. 250 01

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση στις παρατηρήσεις των εταιρειών για τις τεχνικές προδιαγραφές του βιοχημικού αναλυτή»

Σας παραθέτω τις παρατηρήσεις μου σχετικά για τις τεχνικές προδιαγραφές του βιοχημικού αναλυτή.

1. **Η προδιαγραφή 2:** "Να ενσωματώνει τεχνολογίες για την μέτρηση φωτομετρικών, θολοσιμετρικών, εξετάσεων και ηλεκτρολυτών και βασικών επειγόντων ανοσολογικών εξετάσεων και φαρμάκων" έχει διορθωθεί ως εξής : "Να ενσωματώνει τεχνολογίες για την μέτρηση φωτομετρικών, θολοσιμετρικών, εξετάσεων και ηλεκτρολυτών".
2. **Η προδιαγραφή 5:** "Να έχει συνολική παραγωγικότητα 40 δειγμάτων την ώρα με δυνατότητα συνολικής μέτρησης 600 φωτομετρικών, θολοσιμετρικών αναλύσεων ανά ώρα και 120 εξετάσεων ηλεκτρολυτών." έχει διορθωθεί ως εξής : "Να έχει συνολική παραγωγικότητα 40 δειγμάτων την ώρα με δυνατότητα συνολικής μέτρησης 600 αναλύσεων ανά ώρα και 120 εξετάσεων ηλεκτρολυτών." Σύμφωνα με τον Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 8983 με ημερομηνία διενέργειας 11/11/14 στις προδιαγραφές, στις οποίες έγιναν μετατροπές χωρίς να ερωτηθεί το νοσοκομείο μας, ζητούσαμε (και έχουμε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μας) αναλυτή με δυνατότητα πραγματοποίησης 500 αναλύσεων/ώρα. Από τη στιγμή που ο όγκος δουλειάς μας αυξήθηκε, άμεση συνέπεια είναι η αντικατάσταση της προδιαγραφής για αναλυτή με δυνατότητα πραγματοποίησης 500 αναλύσεων/ώρα με την πλησιέστερη στις απαιτήσεις και ανάγκες του νοσοκομείου μας προδιαγραφή για αναλυτή με δυνατότητα πραγματοποίησης 600 αναλύσεων/ώρα. Σαφώς το νοσοκομείο μας δεν καλύπτεται από την μονομερή αλλαγή της προδιαγραφής για αναλυτή με δυνατότητα πραγματοποίησης 300 αναλύσεων/ώρα που αναφέρεται

στον διαγωνισμό με αρ.10252 με α/α ΕΣΗΔΗΣ 29690 με ημερομηνία διενέργειας 3-1-2017.

3. **Η προδιαγραφή 8** : “Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων να είναι μικρές και κατάλληλες για εύκολη αποθήκευση”. Η περιεκτικότητα για κάθε συσκευασία να μην ξεπερνά τις απαιτήσεις για δίμηνη κατανάλωση.

Με την δίμηνη κατανάλωση διασφαλίζεται η καλύτερη διαχείριση σε εξετάσεις που δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση και ενδεχομένως να λήγουν.

4. **Η προδιαγραφή 9**: Τα αντιδραστήρια να παραμένουν στον αναλυτή σε συνθήκες ψυγείου από 2-8 °C βαθμούς κελσίου.

Όλοι οι σύγχρονοι αναλυτές έχουν πραγματικό ψυγείο 2-8 °C βαθμούς κελσίου για να βελτιστοποιείται ο τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου. Έχοντας τη δυνατότητα αυτή, τα αντιδραστήρια να παραμένουν στον αναλυτή, και να μην μεταφέρονται στο ψυγείο του εργαστηρίου, δεν επηρεάζεται η σταθερότητα των αντιδραστηρίων και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

5. **Η προδιαγραφή 16**: Να έχει την δυνατότητα φυσικής διασύνδεσης με άλλους αναλυτές της ίδιας ή της άλλης εταιρείας μέσω συστημάτων αυτοματισμού.

Η προδιαγραφή αυτή τροποποιείται έως εξής: Η εταιρεία θα αναλάβει την διασύνδεση των αναλυτών με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου.

Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΑΣ
Γ.Π. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' Ε.Σ.Υ.
ΙΑΤΡΟΣ ΠΟΡΤΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΜ ΤΣ 17: 91531 - ΑΜΚΑ: 24025000125