



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437
FAX : 26910 21705

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση, για την προμήθεια ενθεμάτων, διατατήρων και μετρητών μαστού.

Υποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια για την προμήθεια **ενθεμάτων, διατατήρων και μετρητών μαστού**. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email:prom2@gnaigio.gr μέχρι την **Δευτέρα 12-12-2022** και ώρα **09:00π.μ.**, αυστηρά και λόγω του κατεπείγοντος.

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΤΗΡΕΣ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΑΣΤΟΥ

1) Διατατήρες ιστών λείας επιφάνειας με απομακρυσμένη βαλβίδα πληρώσεως ορρού και μη διατατή βάση ώστε να προστατεύεται ο θώρακας και ο διατατήρας από την πίεση που ασκείται κατά την περίοδο της διάτασης.

2) Ενθέματα μαστού σιλικόνης ήπιας τραχείας επιφάνειας microtextured με συνεκτικό ζελέ cohesive και έξτρα ποσότητα ζελέ στο ένθεμα, ώστε να διατηρείται η προβολή του σε βάθος χρόνου.

Η επιφάνεια microtextured σύμφωνα με τις μελέτες των τελευταίων ετών ελαχιστοποιεί το μικροβιακό φορτίο που συνδέεται με την σπάνια εμφάνιση αναπλαστικού λεμφώματος σε γυναίκες με ενθέματα μαστού.

3) Μετρητής μαστού σιλικόνης λείας επιφάνειας ίδιων διαστάσεων και όγκου με το μόνιμο ενθεμα, για τον ακριβή προσδιορισμό διεγχειρητικά του κατάλληλου ενθέματος.

Γενικοί όροι

- Η επιλογή των υλικών θα ανατεθεί σε μια εταιρεία καθότι οι διατατήρες, τα ενθέματα και οι μετρητές μαστού επιτυγχάνουν καλύτερη συμβατότητα υλικών κατά την διάρκεια των δυο σταδίων αποκατάστασης μαστού.
- Η συσκευασία των υλικών θα πρέπει να επιτρέπει την έκπλυση τους με αντιβιοτικό πριν την εμφύτευσή τους.
- Οι εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν μακροχρόνιες κλινικές μελέτες και πιστοποιήσεις από αρμόδιους φορείς υγείας ώστε να πιστοποιείται η ασφάλεια τους.
- Οι εταιρείες που θα προσφέρουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσφέρουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών.
- Οι εταιρείες που θα προσφέρουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να περικλείουν στην οικονομική τους προσφορά κατάλογο των υλικών για όλους τους κωδικούς και τα μεγέθη που προσφέρουν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή.
- Οι εταιρείες στις οποίες θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεώνονται να διαθέτουν ετοιμοπαράδοτα τα κατακυρωμένα είδη και εντός ολίγου χρονικού διαστήματος (το πολύ δύο 24ωρα) παραδοτέα στο νοσοκομείο μας, λόγω της ιδιαιτερότητας των χειρουργείων μαστού καθώς και ότι
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής κάποιων τεμαχίων που ενδεχομένως δεν θα εφαρμόζονται σωστά στην ασθενή.