



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ**

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437  
FAX : 26910 21705

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση, για την προμήθεια φορέων ασθενών.**

Υποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φορέων ασθενών και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email: [prom3@гнаigio.gr](mailto:prom3@гнаigio.gr) αυστηρά μέχρι την **Δευτέρα 27-06-2022** και ώρα **10:00π.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Το προσφερόμενο είδος να είναι βιομηχανικής παραγωγής και όχι ιδιοκατασκευή, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
2. Η επιφάνεια ασθενούς να αποτελείται από δύο μέρη. Το τμήμα της πλάτης να είναι μηχανικά ρυθμιζόμενο με υποβοήθηση αερίου-ελατηρίου
3. Να διαθέτει επίστρωση τεχνολογίας ιόντων αργύρου με αντιμικροβιακές ιδιότητες σε όλο το σκελετό για αποτελεσματική και μακροχρόνια μείωση των βακτηρίων, του χρωματισμού και των μυκήτων και κλειστές επιφάνειες για αποφυγή τραυματισμών. Να υπάρχει βεβαίωση του εργοστασίου ή αναγραφή στο πρωτότυπο PROSPECTUS του εργοστασίου που αφορά τις αντιμικροβιακές ιδιότητες, επί ποινή αποκλεισμού.
4. Η κίνηση να γίνεται από 4 τροχούς  $\varnothing$  200 mm, με ρουλεμάν ακριβείας, 2 ηλεκτρικά αγωγίμοι τροχοί, 1 τροχός με κλείδωμα κατεύθυνσης
5. Να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα μέσω πεντάλ ποδιών και στις τέσσερις πλευρές.
6. Τα πλαϊνά κάγκελα να διπλώνουν κάτω από το ύψος του στρώματος επιφάνειας.
7. Να διαθέτει στρώμα από υλικό PU σκληρής χρήσης, διαστάσεων 1.950 x 620 x 80mm αντιστατικό κατάλληλο για απεικόνιση με ακτίνες X με αυτοκόλλητη ταινία gel.
8. Να διαθέτει μπάρα ώθησης στο άκρο της κεφαλής και 4 προφυλακτήρες προστασίας τοίχου.
9. Να διαθέτει στατώ ορών SST 18/10 με 4 άγκιστρα τηλεσκοπικό και εύρος ρύθμισης 650 mm το οποίο να μπορεί να τοποθετηθεί και στις τέσσερις γωνίες και 2 άγκιστρα SST 18/10για τη συγκράτηση των σακουλών παροχέτευσης ούρων ή πληγών
10. Οι λειτουργίες υδραυλικής ρύθμισης με αντλία ποδιού να μπορούν να λειτουργήσουν και από τις δύο πλευρές.
11. Ρύθμιση τμήματος πλάτης 90°, χειροκίνητα με υποβοήθηση ελατηρίου αερίου
12. Ελάχιστο / μέγιστούψος 550 – 870 mm
13. Trendelenburg/Reverse Trendelenburg 15°
14. Συνολικό μήκος (ολική διάσταση) 2.160mm
15. Συνολικό πλάτος (συνολική διάσταση) 760mm
16. Μήκος στρώματος περίπου. 1.950mm
17. Πλάτος στρώματος περίπου. 620mm
18. Μήκος πλάτης 730mm
19. Βάρος φορείου περίπου 100kg
20. Ασφαλές φορτίο εργασίας 300kg
21. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).
22. Ο προμηθευτής να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσφερόμενο είδος και να φέρει οργανωμένο τμήμα service.
23. Να κατατεθούν: CE Certification, ISO κατασκευαστή & ISO εταιρείας
24. Να συνταχθεί φύλλο συμμόρφωσης με αναλυτικές παραπομπές για όλα τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών.
25. Απαραίτητη η επίδειξη του φορείου από την προμηθεύτρια εταιρεία πριν την κατακύρωση της προμήθειας.