

**Γνωμοδότηση επί των παρατηρήσεων των εταιρειών κατά τη δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αιματολογικών εξετάσεων**

**1. Abbott:**

Η προδιαγραφή 3 που αναφέρεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους καλύπτει τις ανάγκες του Εργαστηρίου αφού δεν επιτρέπει τη συμμετοχή εξοπλισμού που δεν βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο και δεν αποκλείει καμία εξ αυτών. Προτείνω την διατήρηση της προδιαγραφής ως έχει.

**2. ROCHE:**

**3.1 προδιαγραφή 4:** Επειδή οι σύγχρονοι αιματολογικοί αναλυτές απαιτούν πολύ μικρότερη ποσότητα αίματος των 300μl και επιπρόσθετα υπάρχει ενδεχόμενο το Εργαστήριο να δέχεται και παιδιατρικά δείγματα προτείνω την αποδοχή της παρατήρησης και τροποποίηση της ανωτέρω προδιαγραφής ως εξής  
**“Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη των 100μl”**

**Προδιαγραφή 5:** θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες του Εργαστηρίου, Προτείνω την διατήρηση της προδιαγραφής ως έχει.

**Προδιαγραφή 10α:** θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες του Εργαστηρίου. Προτείνω την διατήρηση της προδιαγραφής ως έχει.

**2.3 Προδιαγραφή 4:** θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες του Εργαστηρίου.  
Προτείνω την διατήρηση της προδιαγραφής ως έχει.

**3. LYRITIS:**

**3.1**

**1.** Η αρίθμηση πρέπει να διορθωθεί.

**2.** Η προδιαγραφή 3 θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες του Εργαστηρίου. Προτείνω την διατήρηση της προδιαγραφής ως έχει.

**3.** Ως παρατήρηση ROCHE 3.1 προδιαγραφή 4.

**4.** Οι προδιαγραφές ως έχουν θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του Εργαστηρίου.

**5.** Το Εργαστήριο διαθέτει τα τελευταία χρόνια 2 όμοιους κύριους αναλυτές που απαιτούνται για να καλύπτεται σε περίπτωση βλαβών, αυξημένου όγκου εργασίας. Προτείνω την διατήρηση της προδιαγραφής ως έχει.

**6.** Οι προδιαγραφές ως έχουν θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του Εργαστηρίου.

**3.2**

**1-5:** Ως ανωτέρω.

**4. VAKTRO:**

**Προδιαγραφή «ο προσφερόμενος αναλυτής να μην απαιτεί απομάκρυνση μολυσματικών αποβλήτων»:**

Γίνεται δεκτή η παρατήρηση και προτείνω τη διόρθωση:

**«Ο αναλυτής να διαθέτει δοχείο αποβλήτων χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του αναλυτή και την ασφάλεια των χειριστών».**

**Προδιαγραφή : “Αυτόματη θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων στους 18οC” :**

Γίνεται δεκτή η παρατήρηση και προτείνω τη διόρθωση:

**« Ο αναλυτής να πραγματοποιεί αυτόματη θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων για την αντιστάθμιση εξωτερικών παραγόντων»**

Γίνεται δεκτή η παρατήρηση σχετικά με την απαιτούμενη ποσότητα και προτείνω την προσθήκη της κάτωθι προδιαγραφής:

**« Η απαιτούμενη ποσότητα αίματος να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. Θα αξιολογηθεί η μικρότερη ποσότητα.»**

## **5. ΑΝΤΙΣΕΛ:**

### **3.2**

**Προδιαγραφή 1:** Γίνεται δεκτή η παρατήρηση και προτείνω τη διόρθωση:

**«Να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού εξετάσεων που αφορούν την πήξη του αίματος καθώς και ανοσολογικών εξετάσεων»**

**Προδιαγραφή 2, 5,13:**

Οι προδιαγραφές ως έχουν θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του Εργαστηρίου.

**Προδιαγραφές αντιδραστηρίων, προδιαγραφή 3:**

Γίνεται δεκτή η παρατήρηση και προτείνω τη διόρθωση:

**«Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control και calibrator με αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές. Το αντιδραστήριο του PT να είναι ανθρώπινης ανασυνδυασμένης θρομβοπλαστίνης PT υψηλής ευαισθησίας με ISI περίπου 1.»**

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου