



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437
FAX : 26910 21705

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση, για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών.

Υποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email: prom2@гнаigio.gr αυστηρά μέχρι την **Δευτέρα 17-10-2022** και ώρα **10:00π.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΘΗΡΙΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΘΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

1. Να είναι κράματος τιτανίου, διάτρητος για εισαγωγή μέσω ενδοαυλικού οδηγού με ελαία σε μεγέθη αυχενοδιαφυσιαίας γωνίας 125 και 130 μοιρών.
2. Να διαθέτει μήκος 180mm με σύστημα σκόπευσης περιφερικών βιδών από ανθρακώδη χωρίς ακτινσκοπική ανάγκη λήψης, κεντρική διάμετρο 15.5mm και περιφερική διάμετρο 10mm και 11mm.
3. Γωνία βλαισότητας 5 μοιρών για εισαγωγή από το tip του μείζονα τροχαντήρα.
4. Το περιφερικό άκρο του ήλου να διαθέτει εσωτερική αύλακα για μείωση ακαμψίας του εμφυτεύματος και κινδύνου περιπροθητικού κατάγματος.
5. Ο κεφαλικός κοχλίας να έχει διάμετρο 10.5mm να φέρει μηχανισμό ασφάλισης στο εσωτερικό του ήλου και να διατίθεται σε δύο τύπους: τηλεσκοπικός ή σταθερού μήκους από 70mm-130mm με ανά 5mm ενδιάμεση διαβάθμιση.
6. Να διατίθεται προαιρετικά δυνατότητα χρήσης αντιστροφικού κοχλία διαμέτρου 6mm τηλεσκοπικού, με μηχανισμό ασφάλισης στο εσωτερικό του ήλου σε μεγέθη μήκους από 60mm-120mm με ανά 5mm ενδιάμεση διαβάθμιση.
7. Ο περιφερικός κοχλίας ασφάλισης του ήλου να έχει διάμετρο 5mm, πλήρους σπειράματος, διαθέσιμος σε μήκη από 25mm-90mm με ανά 5mm ενδιάμεση διαβάθμιση και να μπορεί να τοποθετηθεί 35mm από το περιφερικό άκρο του ήλου για στατική ασφάλιση ή 24mm από το περιφερικό άκρο του ήλου για δυναμοποίηση εύρους 6mm.
8. Να διατίθενται και μακρύς ήλοι, ανατομικοί με εσωτερική γωνία anteversion 10 μοιρών για την τοποθέτηση κεφαλικών βιδών σε μεγέθη μήκους από 280mm-460mm με ανά 20mm ενδιάμεση διαβάθμιση.
9. Θα πρέπει τέλος, το σύστημα να συνοδεύεται και από ειδικό εξάρτημα προσαρμοζόμενο στο χειρουργικό κρεβάτι με βαθμονομημένα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου για την οπίσθια ανάταξη του κατάγματος.