



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437
FAX : 26910 21705

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση, για την προμήθεια ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΥΠΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Υποβάλλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, κατάλληλη για επέμβαση ελάχιστης προσπέλασης υπό ψηφιακή πλοήγηση, με ακρυλικό τσιμέντο, με διατήρηση ή απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμά σας στο email: prom2@gnaigio.gr μέχρι την **Πέμπτη 27-05-2021** και ώρα **10:00π.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Σ. ΡΑΚΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΜΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΥΠΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ).

Μηριαία πρόθεση ανατομική με ασύμμετρους κονδύλους, τροχηλία ολίσθησης επιγονατίδας με γωνία απόκλισης έως 6° από τον ανατομικό άξονα και επί τα εκτός παρεκτόπιση έως 2mm, διαθέσιμη σε τουλάχιστον 13 διαφορετικά μεγέθη με ενσωματωμένη έξω στροφή 3 μοιρών κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Κνημιαία πρόθεση, ανατομική, διαθέσιμη σε τουλάχιστον 8 μεγέθη με δυνατότητα προσθήκης επεκτατικού στελέχους, τουλάχιστον 2 μεγεθών επιπλέον, συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο.

Ένθετο πολυαιθυλενίου ασύμμετρου σχεδιασμού, με διαμόρφωση εσωτερικού διαμερίσματος, σφαιροειδούς διάρθρωσης και εξωτερικού διαμερίσματος μη περιορισμένης κίνησης, διαθέσιμο σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά ύψη, συμβατό με τις προσφερόμενες κνημιαίες προθέσεις.

Ένθετο πολυαιθυλενίου για απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, συμβατό με τις προσφερόμενες κνημιαίες προθέσεις.

Τα εμφυτεύματα θα πρέπει να είναι συμβατά με επέμβαση ελάχιστης προσπέλασης και δυνατότητα χρήσης συστήματος ψηφιακής σχεδίασης και πλοήγησης τελευταίας γενιάς, το οποίο θα περιλαμβάνει κατάλληλο λογισμικό για την ψηφιακή χαρτογράφηση της άρθρωσης του γόνατος με υπολογισμό ακριβούς οστεοτομίας μηριαίου και κνήμης, εξισορρόπηση μαλακών μορίων και κινηματικές δοκιμασίες πριν και μετά την τελική τοποθέτηση εμφυτευμάτων.