



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΑΧΑΪΑΣ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)  
Ταχ. Δ/νση: Άνω Βουλωμένο  
Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ  
Πληροφορίες : Θ. Πιλαφτσόγλου  
Τηλ: 2691059437  
Fax : 2691021705  
E-mail: prom@гнаigio.gr

Αίγιο 14/6/17  
Αρ.Πρωτ.: 5371

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση.**

Υποβάλλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 23-06-2017 και ώρα 15:00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [prom@гнаigio.gr](mailto:prom@гнаigio.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ



Dr. Προμηθειών

9/6/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

**A) Οπτική λαβίδα λιθοτριψίας**

Λαβίδα για απομάκρυνση και θραύση λίθων κάτω από οπτική καθοδήγηση. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κυστεοσκόπια 23Fr και να είναι συμβατή με το ήδη υπάρχον κυστεοσκόπιο WOLF που λειτουργεί στο χειρουργείο.

**B) Σετ ουρολογικών κυρίων τύπου Guyon, πλήρες.**

Να περιλαμβάνει τα εξής μεγέθη (σε Charr) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Το Σετ να προσφερθεί με το μεταλλικό κούτι αποθήκευσης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

Η Επιτροπή

- 1) Πίερος Κων/νος
- 2) Τσατσημη Δημητριάδη
- 3) Παπαθανασίου Αδα

6η Υ.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
ΠΙΕΡΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Ε.Σ.Υ.  
Α.Μ. 63981  
ΑΠΚ.Α. 19006101338

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  
Αριθ. Πρωτοκόλλου 5154  
Ελήφθη 9/6/2017

Τσατσημη Δημητριάδη