



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.**

Συνήλθε την 05<sup>η</sup> Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη στο Τμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών χειρουργείου, για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας.

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής:

1. ΛΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
2. ΤΟΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΤΣΑ

Στην επιτροπή παρεδόθησαν οι παρατηρήσεις των κάτωθι εταιρειών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης μετά το υπ' αριθ. 8386/26-09-2017 έγγραφο του Γρ. Προμηθειών.

1. Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Αρ. πρωτ. 8539/02-10-2017)
2. MEDI SUP (Αρ. πρωτ. 8631/04-10-2017)

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας **MEDI SUP**, αποφάσισε την μη αποδοχή τους καθώς όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές τα μηχανήματα WARM TOUCH, που διαθέτει το Νοσοκομείο μας, είναι αγορασμένα και αποτελούν περιουσιακό του στοιχείο. Ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση και δεν προτίθενται να τεθούν σε κατάσταση αχρηστίας.

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας **Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ**, αποφάσισε τα εξής:

- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 8 δεν γίνεται αποδεκτές γιατί μετά από έρευνα αγοράς της επιτροπής θεωρείται ότι η προσθήκη τους θα μειώσει αισθητά το σύνολο των συμμετεχόντων. Η μοναδική προσθήκη που προτείνει η επιτροπή είναι τα προσφερόμενα πεδία να αποκολλούνται εύκολα από το δέρμα.
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 33 δεν γίνεται αποδεκτές γιατί μετά από έρευνα αγοράς της επιτροπής θεωρείται ότι η προσθήκη τους θα μειώσει αισθητά το σύνολο των συμμετεχόντων. Οι προσθήκες που προτείνει η επιτροπή είναι οι ακόλουθες:
  - Οι βιολογικοί δείκτες να είναι συμβατοί με επωαστήρα Attest 3M, διαφορετικά η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν στο νοσοκομείο, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης επωαστήρα 12 θέσεων.
  - Να παρέχουν αξιόπιστο αποτέλεσμα σε διάστημα έως 3 ωρών,
  - Να παρέχεται φυλλάδιο οδηγιών στα Ελληνικά,
  - Να παρέχεται δυνατότητα οπτικής και ηχητικής λήψης των αποτελεσμάτων και συναγερμού σε περίπτωση λανθασμένων αποτελεσμάτων
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 38.2.2 επίσης δεν γίνονται αποδεκτές γιατί θεωρούνται και αυτές ότι στο σύνολο τους θα μειώσουν τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι μοναδικές προσθήκες είναι οι ακόλουθες:

Βιολογικός δείκτης μιας χρήσης με αλλαγή χρώματος **και ερμηνείας έως 24 ώρες:**

1. Να φέρει ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή χρώματος του δείκτη μετά την έκθεσή του στο αποστειρωτικό μέσο.

2. Συμβατός με κλίβανο πλάσματος STERRAD 100S, να κατατεθούν έγγραφα συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο. **Σε διαφορετική περίπτωση η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν στο νοσοκομείο, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης έναν επωαστήρα.**
3. Να φέρει χημικό δείκτη ο οποίος αποκολλάται προς αρχειοθέτηση.
4. Ημερομηνία παραγωγής-λήξης
5. Σύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και να κατέχουν CE
6. Η διάρκεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων να είναι εμφανής για τουλάχιστον 70 ώρες.

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της τυπώνοντας εκ νέου τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές.

1. ΛΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
2. ΤΟΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΤΣΑ