



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Αίγιο 6/9/17
Αρ.Πρωτ.: 7854

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ
Πληροφορίες : Θ. Πιλαφτσόγλου
Τηλ: 2691059437
Fax : 2691021705
E-mail: prom@gnaigio.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τελική Διαβούλευση Προδιαγραφών.

ΣΧΕΤ.:α) Το από 30-8-2017 έγγραφο της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών, κατόπιν των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ, κατά την Α' φάση της Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών
β) Το αρ. πρωτ. 6334/7-7-2017 Πρακτικό Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.

Υποβάλλουμε προς τελική διαβούλευση το Πρακτικό Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών Συσκευών έγχυσης υγρών για αντλίες Καρδιολογικής κλ./Μον.Εμφραγμάτων (με παροχή δώδεκα αντλιών ως συνοδό εξοπλισμό), μετά την υποβολή παρατηρήσεων κατά την Α' Διαβούλευση, προκειμένου να προβούμε σε οριστικοποίηση αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την **Τετάρτη 13-09-2017** και ώρα **15:00μ.μ.** στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@gnaigio.gr

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Α.Α.

Π. ΦΡΑΓΚΟΣ


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.Α.

Σ. ΡΑΚΟΥ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Dr. Πρακινθ
7/7/17



ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΝΤΛΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Οι συσκευές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν πολλαπλές εγχύσεις στην ίδια γραμμή, ώστε να χρησιμοποιούνται πολλαπλά στάδια έγχυσης (multi-step) αυτόματα –προκαθορισμένα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΤΣ ΑΝΤΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

[Handwritten signatures]

ΑΙΓΙΟ 30, 8, 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « Απάντηση επί των παρατηρήσεων των τεχνικών προδιαγραφών για τις συσκευές έγχυσης υγρών για αντλίες»

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. (6344/11-07-2017) εγγράφου παρατηρήσεων της εταιρείας Αλεξάνδρα Δάλλα & ΣΙΑ Ε.Ε. για την προμήθεια συσκευών έγχυσης υγρών για αντλίες της Καρδιολογικής Κλινικής επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν διαβούλευσης με του ιατρούς της Καρδιολογικής Κλινικής σας αναφέρουμε τα εξής:
Η Καρδιολογική Κλινική θέλει να προμηθευτεί αντλίες που να διενεργούν και Stress -Eco με επαναλαμβανόμενα και μη διακοπτόμενα στάδια. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για χορήγηση ενδοφλέβιας δοβονταμίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Για να πραγματοποιηθεί σωστά η εξέταση αυτή, θα πρέπει η χορήγηση να είναι μη διακοπτόμενη. Τώρα, αν αυτές οι προϋποθέσεις που ζητούν οι Καρδιολόγοι της κλινικής, ικανοποιούνται από μια και μόνο εταιρεία, αυτό δεν αφορά την προκήρυξη και δεν φωτογραφίζει αποκλειστικά την εταιρεία αυτή. Ως εκ' τούτου οι παρατηρήσεις της εταιρείας Αλεξάνδρα Δάλλα & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είναι εύλογες και δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
2. ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΔΙΓΕΛΙΚΗ Τσατ
3. ΠΑΥΛΟΒΑΝΑ Α.Δ.

6η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΜΗΤΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Ε.Σ.Υ.
Α.Μ. 64061 Α.Μ.Κ.Α. 19066101338

