



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Αίγιο 14/6/2017
Αρ.Πρωτ.: 5355

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Ταχ. Δ/νση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ
Πληροφορίες : Θ. Πιλαφτσόγλου
Τηλ: 2691059437
Fax : 2691021705
E-mail: prom@gnaigio.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τελική Διαβούλευση Προδιαγραφών.

ΣΧΕΤ.: α) Το αρ. πρωτ. 5097/8-6-2017 αναδιαμορφωμένο Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών
β) Οι αρ. πρωτ. 4758/26-5-2017 παρατηρήσεις της εταιρείας AGFA-GEVAERT AEBE

Υποβάλουμε προς τελική διαβούλευση τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS, μετά την υποβολή παρατηρήσεων κατά την Α' Διαβούλευση, προκειμένου να προβούμε σε οριστικοποίηση αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την **Τρίτη 20-06-2017** και ώρα **15:00μ.μ.** στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@gnaigio.gr

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Α/Α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
1.	Films AGFA DT2B 20x25 8''X10''
2.	Films AGFA DT2B 25x30 10''X12''
3.	Films AGFA DT2B 35x43 14''X17''

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ AGFA DRYSTAR 5503

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.
2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO-CE)
4. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
7. Για κάθε τύπο προσφερόμενου film πρέπει να συνυποβάλλονται PROSPECTUS με όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film).
8. Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνσή του.
11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη με δική του οικονομική επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση, των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

12. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει φιλμ ετοιμοπαράδοτα για την άμεση διάθεσή τους. Η δυνατότητα της άμεσης διαθεσιμότητας των φιλμ θα εξασφαλίζεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου των προσφερόμενων φιλμς.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές προτείνουμε την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ	ΤΥΠΟΥ DRYSTAR ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DRYSTAR ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ DT2B ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 20X25 εκ. (ΚΟΥΤΙ 100 ΦΥΛΛΩΝ)	500 / ΦΥΛΛΑ ή 5 ΚΟΥΤΙΑ	0,63	315,00€	390,60€

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΓΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΣΙΓΚΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ