



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.**

Συνήλθε την 10^η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενδοσκοπικών εργαλείων και χειρουργικών μοσχευμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας.

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής:

1. ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΣΑΝΤΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην επιτροπή παρεδόθησαν οι παρατηρήσεις των κάτωθι εταιρειών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης μετά το υπ' αριθμ. 5887/27-06-2017 έγγραφο του Γρ. Προμηθειών.

1. BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Αρ. πρωτ. 6187/04-07-2017)
2. JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE (Αρ. πρωτ. 6189/04-07-2017)
3. MEDI SUP ΑΕ (Αρ. πρωτ. 6212/05-07-2017)

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας **BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ**, αποφάσισε ότι:

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

- Η παρατήρηση της εταιρείας για το είδος με α/α 4.1 απορρίπτετε διότι το ανοξειδωτο αστάλι που προτείνετε σαν υλικό δημιουργεί προβλήματα σε περίπτωση διενέργειας μαγνητικής τομογραφίας και δεν συνιστάτε σε κλιπ η αλλά εμφυτεύματα.
- Η παρατήρηση της εταιρείας για το είδος με α/α 4.3 απορρίπτεται καθώς η μονή ακίδα έχει μικρότερη δύναμη καθήλωσης ενώ σε περίπτωση κακής εφαρμογής η αναθεώρηση είναι δυσχερής και δυνητικά τραυματική .

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 1 έως και 1.2 απορρίπτονται καθώς η προσθήκη δεν έχει καμία αιτιολόγηση.
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 3 έως και 3.3 που αφορά την προσθήκη της προδιαγραφής με ξεχωριστό τρισδιάστατο προσχηματισμένο κώνο γίνεται δεκτή. Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις δεν γίνονται δεκτές καθώς όλες οι αιτιολογήσεις καλύπτονται και από την ήδη υπάρχουσα περιγραφή χωρίς προσθήκες.
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 4 έως και 4.6 δεν γίνονται δεκτές καθώς αφορούν πλέγμα που δεν συμβαδίζει με την συγκεκριμένη κατηγορία πλεγμάτων . Το πλέγμα της συγκεκριμένης κατηγορίας πρέπει να είναι μη απορροφήσιμο με κάλυψη από υδρόφιλο φιλμ , να είναι από πολυεστέρα και να είναι τρισδιάστατο για την δυνατότητα τοποθέτησης ραμμάτων χωρίς ρήξη του φιλμ κάλυψης .
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 5 έως και 5.5 δεν γίνονται δεκτές γιατί δεν ζητείται ημιαπορροφήσιμο πλέγμα και ως εκ τούτου ισχύει ότι και στη προηγούμενη παράγραφο.
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 6 δεν γίνονται δεκτές καθώς αποτελούν προσθήκες που δεν θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη κατηγορία.
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 7 δεν γίνονται δεκτές γιατί αφορούν σε πλέγματα με χρήση γέλης (κόλας) που δεν έχουν καμία σχέση με τα ζητούμενα.

Η επιτροπή στην συνέχεια εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας **JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE** και αποφάσισε ότι:

Οι παρατηρήσεις της εταιρείας τόσο για τα **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**, όσο και για τα **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ**, απορρίπτονται γιατί η εν λόγω εταιρεία παραθέτει απλά τα είδη που διαθέτει χωρίς να αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που ζητά.

Η επιτροπή τέλος εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας **MEDI SUP AE** και αποφάσισε ότι:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 1 έως και 1.2 απορρίπτονται γιατί η περιγραφή αναφέρει σπή για τον σπερματικό τόνο (που αφορά πλέγματα άλλης κατηγορίας) , ενώ όλες οι προσθήκες είναι χωρίς καμία αιτιολόγηση
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 3, 6, 6.1 δεν γίνονται δεκτές καθώς οι υπάρχουσες προδιαγραφές συμπεριλαμβάνουν τις προτεινόμενες με εξαίρεση το μονόκλωνο πολυπροπυλένιο (που δεν θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την συγκεκριμένη κατηγορία) . Επίσης δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για τις προτεινόμενες αλλαγές.
- Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για τα είδη με α/α 7,7-1 απορρίπτονται καθώς τα προτεινόμενα υλικά δεν έχουν ουδεμία σχέση με το ζητούμενο πλέγμα και αφορούν σε εντελώς άλλο υλικό και γενικά κατηγορία.

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της τυπώνοντας εκ νέου τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές.

1. ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΤΣΑΝΤΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ