



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ**

**Αίγιο 31/8/2018**  
**Αριθμ. Πρωτ. : 8738**

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437  
FAX : 26910 21705

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση.**

Υποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια αυτών. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email: [prom@gnaiigio.gr](mailto:prom@gnaiigio.gr) μέχρι την **Παρασκευή 07-09-2018** και ώρα **14:30μ.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Α.Α.

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Σ. ΡΑΚΟΥ

ΠΡΟΣ Τμ. οικονομικό (Γρ. προμηθειών )  
Διοικητικό Συμβούλιο Γ.Ν.Α. Αχαΐας

Θέμα: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτροδίου τριπολικής ραδιοκαύσης και γείωσης συστήματος μιας χρήσης

Κατόπιν συνάντησης της επιτροπής, η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτροδίου τριπολικής ραδιοκαύσης και γείωσης συστήματος μιας χρήσης έχουν ως εξής:

Ηλεκτρόδιο θερμοκαυτηριασμού κάθετης τριπολικής ραδιοκαύσης με τρεις αγωγούς μέσα στο σώμα του ηλεκτροδίου. Το τριπολικό ηλεκτρόδιο να είναι συμβατό με γεννήτρια θερμικής και παλμικής ραδιοκαύσης τόσο σε μονοπολικό όσο σε διπολικό και τετραπολικό τρόπο λειτουργίας θερμικής και παλμικής ραδιοκαύσης.

Επίσης, γείωση συστήματος μιας χρήσης.

Η επιτροπή

Σηλιμίρης Ηλίας  
Ασπρούκος Απόστολος  
Μπραουδάκης Παναγιώτης