



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αίγιο 28/6/2016
Αρίθμ. πρωτ. 5871

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ
Πληροφορίες : Θ. Πιλαφτσόγλου
Τηλ: 2691059437
Fax : 2691021705
E-mail: prom@gnaigio.gr

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 39518100-7)»**

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ένοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
3. Την αριθμ. 1535/2-6-2016 Αίτηση της Διαχείρισης Υλικού με τα αιτούμενα από το Χειρουργείο υφασμάτινα είδη
4. Το με ΑΠ: 5679/23-6-2016 Πρακτικό της ορισθείσας με την αριθμ. 87/3-3-2016 απόφασης Δ.Σ., Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gnaigio.gr.
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 μ.μ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@gnaigio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α/Α
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας ειδών- Πρακτικό Επιτροπής Προδιαγραφών

Τεχνικές Προδιαγραφές
για ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 39518100-7)

1. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΣΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΑ 130X120
2. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΛΑΪΝΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ 130X130
3. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΣΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΑ 86X86 CM
4. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ 210X90 CM
5. ΣΑΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 110X82 CM
- 6 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ 230X190 CM
7. ΥΦΑΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ 150X150 CM
8. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ) 230X190 CM

Συνήλθε την 21-6-2016, ημέρα Τρίτη, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υφασμάτων ειδών χειρουργείου που ορίστηκε με την 87/3.3.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας.

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής:

1. ΦΙΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η επιτροπή έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 1535/2016 αίτηση της διαχείρισης υλικού.

Ξεκίνησε διάλογο επί των απαιτούμενων από την οδηγία στοιχείων:

- A. Του υλικού που παραδόθηκε από το Γρ. προμηθειών (τεχνικές προδιαγραφές του ΓΝ Αιγίου)
- B. Τις παραδοχές της επιστήμης
- Γ. Την εμπειρία
- Δ. Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις

Ως βάση της συζήτησης θεωρήθηκε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας καλύπτουν τις ανάγκες των χειρουργείων με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Τα σεντόνια φορείου πράσινα 210X90 cm να είναι διπλά ή να έχουν κάποιου άλλου είδους ενίσχυση για να μην σκίζονται από το βάρος των ασθενών.
2. Τα σεντόνια αρρώστου 230X190 cm να είναι σχιστά.
3. Όλα τα είδη πρέπει να είναι πολλαπλών χρήσεων, 100% βαμβακερά, να μην χνουδιάζουν, να είναι υψηλής αντοχής στο πλύσιμο και να προέρχονται από εταιρείες παράγωγης πιστοποιημένες με ISO και πιστοποίηση CE. Τα σεντόνια να έχουν βάρος περίπου 210 gr/m², να είναι εκκονισμένα και απαλλαγμένα ξένων ουσιών και η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%.

Η επιτροπή ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της, υπέγραψε και παρέδωσε στο Γρ. προμηθειών τις τεχνικές προδιαγραφές σε συνάρτηση του παρόντος πρακτικού.

1. ΦΙΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ