

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1. Απλοί Ουροσυλλέκτες μιας χρήσεως

Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc
2. Να διαθέτουν διαβάθμιση ανά 100ml
3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
5. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και
6. Να έχουν και βαλβίδα μη παληδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη

2. Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι

Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc
2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα.
5. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και
6. Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
7. Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλούς και εύχρηστου, για λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια