



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Πληροφορίες: Ν. Γιαννακοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ
Τηλ: 26910 59437
Fax : 26910 21705
E-mail: prom3@гнаigio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Ν.4412/2016, & 4782/2021.
2. Τις αριθ.18^η/25-11-2022 θέμα 25^ο Αποφάσεις Δ.Σ. περί έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας των ειδών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας **προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο** σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή τεχνικοοικονομικών προσφορών για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.

<u>A/A</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ</u>	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ</u>
1	ΟΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΔ. ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΟΛ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	2 ΣΕΤ	4.987,82€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Σύστημα Ολικής Αρθροπλαστικής γόνατος, για χρήση με τσιμέντο, για μεγάλες συνδεσμικές αστάθειες ή/και μεγάλα οστικά ελλείμματα, με ανατομική μηριαία πρόθεση και ενσωματωμένη γωνία βλαισότητας 5 μοιρών, με δυνατότητα διεγχειρητικής επιλογής δύο τύπων μηριαίας πρόθεσης πέντε (5) μεγεθών, και κνημιαία πρόθεση δέκα (10) μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση. Να υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής στυλεών – προεκτάσεων με και χωρίς τσιμέντο σε μήκη από 30mm ως 140mm και σε διαμέτρους από 11mm ως 18mm και μεταλλικών σφηνών 5mm-10mm και 15mm. Το ένθετο πολυαιθυλενίου να διατίθεται σε δύο τύπους και σε τουλάχιστον 6 ύψη.

Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Σύστημα Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος για χρήση με τσιμέντο για μεγάλες συνδεσμικές αστάθειες ή/και μεγάλα οστικά ελλείμματα, με ανατομική μηριαία πρόθεση και ενσωματωμένη γωνία βλαισότητας 6 μοιρών σε δύο τύπους, α) ενιαίο και β) τμηματικό σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μεγέθη, με ή χωρίς επιγονατοδομηριαία άρθρωση. Το σύστημα να διαθέτει ειδικό σύστημα αποφυγής εξαρθρώματος και δυνατότητα να δεχτεί τμηματικούς στυλεούς σε μήκη από 50mm έως 280mm και σε εννέα (9) μεγέθη, με και χωρίς τσιμέντο, κυλινδρικούς και κωνικούς, τετράπλευρης διατομής καθώς και σφήνες – προσθήκες μηρού και κνήμης σε δύο τύπους : α) από πολυαιθυλένιο, β) από κράμα Τιτανίου Ti1astan ή ισοδύναμου τύπου, δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής του συστήματος σε ογκολογικού τύπου. Να διαθέτει ένθετα πολυαιθυλενίου αποστειρωμένα με μέθοδο για την αποφυγή οξείδωσης και αλλοίωσης των μηχανικών αντοχών. Το σύστημα να διαθέτει επίσης πρόθεση αντικατάστασης περιφερικού μηριαίου ή/και κεντρικού τμήματος κνημιαίου.

1. Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Παράδοση των υλικών στο νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, εντός πέντε ημερών από την αποστολή έγγραφης παραγγελίας.
3. Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν εάν διαθέτουν τα υλικά ετοιμοπαράδοτα
4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή για 3 μήνες
5. Σε περίπτωση κατάθεση ισότιμης προσφοράς, ο ανάδοχος επιλέγεται μετά από κλήρωση (Ν. 4412/2016 άρθρο 90)
6. Η υποβολή προσφοράς στην συγκεκριμένη πρόσκληση, επέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.
7. Η τιμή της προσφοράς να μην υπερβαίνει τη τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για τα είδη που εντοπίζονται σε αυτό. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης του προφερόμενου είδους, να βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση.
8. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα ανωτέρω ζητούμενα(χρόνος ισχύς προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση Π.Τ ή αντίστοιχος κωδικός Π.Τ, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της πρόσκλησης).
 2. Τεχνική προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή μη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
2. Οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνεται η τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένου των υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ΦΠΑ να αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη.
- Οι προσφορές θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο **email: prom3@gnaigio.gr**, με την ένδειξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, τον αρ. πρωτ. της πρόσκλησης και το θέμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι **5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 μ.μ.**
Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι η **6^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ